

検査内容変更一覧

コード (統一コード)	検査項目名	変更箇所	新	旧	備考	注
6420 (2B030)	プロトロンビン(%)	報告下限	10%以下	5%以下	検査内容の見直し	注3
6425 (2B100)	フィブリノーゲン	報告下限 報告上限	50mg/dL以下 800mg/dL以上	10mg/dL以下 900mg/dL以上	検査内容の見直し	注3
6430 (2B020)	活性部分トロンボプラスチン時間 (APTT)	報告下限 報告上限	25.0秒未満 200.0秒以上	設定なし 300.0秒以上	検査内容の見直し	注3


項目名 AFP-L3分画

変更理由 LBA法(Liquid-phase Binding Assay)を原理とした全自動分析装置を導入することにより、高精度かつ迅速に分画測定し、信頼性の高い検査データが得られるようになります。

なお、新旧二法の相関は良好で基準値等の変更はございません。

新旧二法の相関図

【L3分画】





参考文献

なし

項目名 2-マイクログロブリン

変更理由 従来試薬より高性能な測定試薬に変更させていただきます。
この変更に伴い、基準範囲、報告範囲を変更させていただきます。

新旧二法の相関図



参考文献

河合 忠, 金 衡仁 : 最新医学, 31 : 354-363, 1976.

受託中止項目一覧

中止項目一覧(代替項目なし)

コード (統一コード)	検査項目名	中止理由	注
56012	スルベニシリン(SBPC)	薬価収載から削除されたため	注4
57062	テリスロマイシン(TEL)	原末の入手困難のため	注4