

平成 22 年 5 月

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記検査項目におきまして、現行試薬販売中止に伴い、測定試薬の変更をさせていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬白

\*\*\*\*\* 記 \*\*\*\*\*

### ■変更項目

◎結核菌群核酸同定(項目 No50060)

変更内容	新	旧
検査項目名	TB-リアルタイムPCR(直接)	TB-PCR(直接)
検査方法	リアルタイムPCR法	PCR法

◎マイコバクテリウムアビウム・イントラセルラー核酸同定(項目 No50070)

変更内容	新	旧
検査項目名	MAC-リアルタイムPCR(直接)	MAC-PCR(直接)
検査方法	リアルタイムPCR法	PCR法

### ■旧法と新法の比較

<結核菌>

TB		旧	
		(+)	(-)
新	(+)	44	1
	(-)	1	51

全体 97.9% (95/97)  
陽性 97.8% (44/45)  
陰性 98.1% (51/52)

<アビウム>

AV		旧	
		(+)	(-)
新	(+)	21	0
	(-)	0	76

全体 100% (97/97)  
陽性 100% (21/21)  
陰性 100% (76/76)

<イントラセルラー>

INT		旧	
		(+)	(-)
新	(+)	23	0
	(-)	2	72

全体 97.9% (95/97)  
陽性 92.0% (23/25)  
陰性 100% (72/72)

### ■変更期日

平成22年6月1日(火) 受付分より

以上

10-0507