

平成24年6月

## 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。  
 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。  
 この度、下記検査項目におきまして、検査内容の変更をさせていただきたく、  
 取り急ぎご案内いたします。  
 誠に突然では御座いますが、何卒ご了承を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

\*\*\*\*\* 記 \*\*\*\*\*

### ■ 検査内容変更項目

項目コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
26902	特異的IgE「エビ」	試薬	検査要項の変更はございません。	

特異的IgE「エビ」の測定試薬は、「ホッコクアカエビ」を原料としておりますが、エビアレルギ-の疑いで反応がない症例が見受けられたため、食用で摂取される機会が多くなってきた3種類を配合した改良試薬に変更となります。新試薬は、従来の「ホッコクアカエビ」に加え、「ブラックタイガー」「シバエビ」「アカエビ」の4種が配合されております。検査要項等の変更は一切ありません。

### ■ 新旧試薬の相関

・クラス相関 (n=63)

改良品	6					1	1
	5				1		
	4		1	1	8		
特異的IgEエビ	3	1	3	8	1		
	2	6	2	10			
	1	3	4	1			
	0	10	1				
クラス	0	1	2	3	4	5	6

現行品 特異的IgEエビ

・判定一致率 (n=63)

		現行 エビ			
		陰性	疑陽性	陽性	
改良エビ	陰性	10	1	0	陰性一致率：50.0 %
	疑陽性	3	4	1	陽性一致率：97.2 %
	陽性	7	2	35	判定一致率：80.4 %

### ■ 変更実施日

平成24年7月9日(月) 受付分より

12-0604